

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ II BRNO,
příspěvková organizace, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl Pr. vložka 8., Zahradníková 2/8, 611 41 Brno, IČ: 00344648, DIČ: CZ 00344648

V Ý Z V A
k podání cenové nabídky

na

dodávku flat panelu DRX-1 k doplnění systému
Carestream ASCEND

pro oddělení RDG, Žerotínovo nám. 6, Brno.

V Brně dne 21. září 2015

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu

1. Zadavatel

Název: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
Sídlo: Zahradníková 2/8, Brno
PSČ: 611 41
IČ: 00344648
DIČ: CZ00344648

2. Předmět plnění

Předmětem zakázky je dodávka jednoho kusu plochého panelového detektoru Carestream DRX-1 systém - detektor 35 x 43 cm s akumulátorovým napájením pro radiodiagnostického oddělení polikliniky Žerotínovo nám. 6, Brno. Jde o rozšíření stávajícího systému o druhý bezdrátový detektor, tak, aby vzniklo dvourovinové RTG pracoviště. Celý systém tím zásadně zvýší průchodnost pracoviště a současně významně poklesne nutnost manipulace s detektory a současně se snižuje i možnost poškození detektoru.

Specifikace předmětu nabídky:

- velikost aktivní obrazové plochy detektoru 35,4 x 42,5 cm
- rozměry detektoru 38,35 x 45,95 x 1,55 cm, což je velikost standardní RTG kazety 35 x 43 cm (ISO4090)
- detektor musí být vhodný pro použití v jakémkoliv bucky stole bez dodatečných úprav
- detektor se musí vyznačovat vysokou mobilitou, váha do 4 kg
- velikost obrazového bodu detektoru 139 x 139 um
- napájení detektoru výměnnými akumulátory
- detektor musí být 100% kompatibilní se stávajícím zařízením -Carestream DRX Ascend polikliniky Žerotínovo nám. 6, Brno
- požadovaná záruka min. 24 měsíců

3. Požadavky na nabídku

- a) Cenová nabídka na dodávku podle čl. 2 zadávacích podmínek musí být zpracována v českých korunách.
- b) Nabídková cena bude stanovena jako maximální v členění: celková cena bez DPH, zvlášť DPH a celková cena včetně DPH.
- c) Nabídka musí obsahovat přesný název, sídlo, IČ uchazeče, jméno odpovědného zástupce, telefonní a e-mailové spojení a musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
- d) Součástí nabídky bude **návrh kupní smlouvy** podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

4. Doba plnění:

Předpokládaný termín dodání předmětu plnění do 20.11.2015, max. 6 týdnů od podepsání kupní smlouvy.

5. Způsob hodnocení nabídek

Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je nejnižší nabídková cena bez DPH.

6. Lhůta pro dodání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je **do 2. 10. 2015 do 12:00 hodin.**

7. Místo pro podávání nabídek:

Nabídky lze podat v písemné podobě osobně v zalepené obálce s viditelným nápisem Veřejná zakázka: „Dodávka flat panelu DRX-1 k doplnění systému Carestream ASCEND“ - NEOTVÍRAT na sekretariát zadavatele nebo doporučeně poštou na adresu Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, Zahradníková 2/8, 611 41 Brno, dále lze nabídky zaslat do datové schránky yjtseac.

8. Kontakt na zadavatele

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Sekretariát:

Tel. č.: 541 552 363
E-mail: dagmar.aksamitova@polza.cz
Datová schránka yjtseac

Kontaktní osoby:


Marie Řehůrková
Tel. č.: 541 552 365
E-mail: marie.rehurkova@polza.cz


9. Další podmínky zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo odvolat, změnit nebo zrušit veřejnou soutěž kdykoliv v průběhu, před zahájením nebo ukončením výběrového řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu kupní smlouvy upravit.

Účastí ve výběrovém řízení nevznikají uchazečům žádná práva na úhradu nákladů za zpracování nabídek, či jiných nákladů souvisejících s účastí ve výběrovém řízení.




MUDr. Kamila Krausová
ředitelka